BMV® ATEMMASKE

Art.-Nr.	Art.-Bez.
171010	BMV® Atemmaske

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung. Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren.

Produkt „Made in Germany“
BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much, Germany
Telefon: +49 2245 610940
Kundenservice Telefon: 0800 1826980
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de

Piktogramm-Legende

	Hersteller	CE	CE-Kennzeichnung		Packungsinhalt
REF	Katalognummer	1	Zur Wiederverwendung an einem einzelnen Patienten		Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten
LOT	Chargenbezeichnung		Verwendbar bis		
UDI	Eindeutige Produktidentifizierung		Vor Sonnenlicht schützen		
MD	Medizinprodukt		Trocken aufbewahren		

Zweckbestimmung
Die BMV® Atemmaske ist dazu bestimmt, bei tracheotomierten oder laryngektomierten Patienten eine Notfallbeatmung durchzuführen.

Kontraindikationen
Die BMV® Atemmaske ist NICHT für die direkte Beatmung bei einem Punktionstracheostoma geeignet.

Warnhinweise
Während der Ausatemphase die BMV® Atemmaske vom Tracheostoma entfernen, da über das Einwegventil keine Luft entweichen kann! Vor allem bei laryngektomierten Patienten besteht in diesem Fall **LEBENSGEFAHR!!!**

Bei zu langer Nutzung der BMV® Atemmaske besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko!

Sicherheitshinweise
Weist die BMV® Atemmaske Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, darf sie nicht verwendet werden bzw. muss unverzüglich durch ein neues Produkt gleicher Art ersetzt werden!

Jeglicher Wiedereinsatz bei anderen Patienten, auch nach einer Reinigung der BMV® Atemmaske, ist unzulässig! Es dürfen keine Haushaltsreiniger oder Desinfektionsmittel für die Reinigung verwendet werden! Eine Reinigung durch Erhitzen, Auskochen oder Dampfsterilisation führt zu einer Beschädigung der BMV® Atemmaske!

Beschreibung
Die BMV® Atemmaske ermöglicht eine sichere und hygienische Mund-zu-Hals-Atemspende. Sie besteht aus einer Trachealmaske mit einem Verbindungsstück zum Einwegventil mit 15 mm Normkonnektor, an den ein Beatmungsbeutel konnektiert werden kann. Die BMV® Atemmaske kann zur direkten Beatmung über das Tracheostoma (NUR bei epithelisiertem, d. h. stabil vernähtem Tracheostoma!) oder zur indirekten Beatmung über eine Trachealkanüle eingesetzt werden.

Nutzungsdauer
Die BMV® Atemmaske ist ein Ein-Patienten-Produkt, welches bei einem einzelnen Patienten auch zur Mehrfachanwendung bestimmt ist.

Die Dauer der Verwendung der BMV® Atemmaske unterliegt verschiedenen Einflüssen. Hier sind die Anwendung und die gründliche Reinigung sowie die Aufbewahrung von besonderer Bedeutung.

Bei Sekretrückständen, die sich nicht durch ein Abspülen entfernen lassen, ist ein vorzeitiger Austausch aus hygienischen Gründen notwendig!

Anwendung
Es wird empfohlen, die BMV® Atemmaske immer bei sich zu tragen, um eine sichere und hygienische Mund-zu-Hals-Atemspende zu ermöglichen und zum Schutz des Spenders vor möglichen Infektionen.

ACHTUNG! Bei einem Punktionstracheostoma darf die Beatmung NUR indirekt erfolgen! Die Anwendung der BMV® Atemmaske erfolgt nach folgenden Schritten:

1. Es wird empfohlen vor der Anwendung den Kopf des Patienten leicht zu überstrecken, indem z. B. ein Kissen unter den Nacken gelegt wird, um das Tracheostoma etwas anzuheben. Dies erleichtert eine bessere Abdichtung mit der Trachealmaske.
2. Die Trachealmaske mit einer Hand auf das Tracheostoma bzw. die Trachealkanüle setzen und festhalten.
3. Das Einwegventil in die andere Hand nehmen und die Tracheostomamaske auf die Halsweichteile drücken, bis eine vollständige Abdichtung erreicht ist. Eine vollständige Abdichtung ist erreicht, wenn bei der anschließenden Beatmung keine Nebengeräusche zu hören sind!
4. Mit dem Mund Atemluft über das Einwegventil zuführen. Bei erfolgreicher Atemspende hebt sich der Brustkorb!
5. Das Mundstück freigeben und die Trachealmaske anheben, d. h. kurzzeitig vom Tracheostoma entfernen, da sich das Einwegventil bei der Ausatmung schließt und somit keine Luft durch das Ventil entweichen kann. Der Vorgang ist bei laryngektomierten Patienten ein MUSS, da die Atemluft NUR über das Tracheostoma den Körper wieder verlassen kann. **LEBENSGEFAHR!!!**
6. Durch einen Blick auf den Brustkorb prüfen, ob die Atemluft entweicht und sich der Brustkorb wieder senkt.
7. Die Atemspende 12 x pro Minute wiederholen, entsprechend dem natürlichen Atemrhythmus.

Reinigung
Nach jeder Anwendung muss die BMV® Atemmaske gründlich unter fließendem handwarmem Wasser (Trinkqualität) gereinigt werden. Anschließend ist die BMV® Atemmaske vollständig zu trocknen (Lufttrocknung). ACHTUNG: Sicherheitshinweise bzgl. der Reinigung beachten!

Lagerung
Die BMV® Atemmaske ist trocken aufzubewahren und vor Sonnenlicht zu schützen.

Entsorgung
Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

Entsorgung
Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

920236 Rev. DE0B 2023-06-07

CE